



ECON® Manomètre à capsule Type 383 inox connexion au dessous

Caractéristiques

Type: 383

Unité de pression d'échelle secondaire: mmwk (mm de colonne d'eau)

Classe de précision: 1.6 %

Montage du manomètre: Direct

Emplacement du raccord: Au dessous

Raccordement au process: Fileté

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Caractéristiques [2]


Matériau du raccord coté process: Laiton

Matière du cadran: Aluminium


Classe de protection: IP54

Température du fluide: -20 / 60 °C

Température ambiante: -20 / 60 °C



100 / 160 mm



63 mm

Tableau de taille:

Diamètre du boîtier	G	a	b	D	D2	e	SW	Poids
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
R100	1/2"	15.5	49.5	101	99	17.5	22	0.5
R160	1/2"	15.5	49.5	161	159	17.5	22	0.9

Diamètre du boîtier	Plage de mesure	Unité de pression	Division d'échelle secondaire	Dimension du raccordement process	Matière de la vitre	Surpression max.	Article
mm						mbar	
100	0 / 25	mbar	0 - 250	1/2" BSPP(G)	Verre	75	17681300
100	0 / 40	mbar	0 - 400	1/2" BSPP(G)	Verre	400	17681317
100	0 / 60	mbar	0 - 600	1/2" BSPP(G)	Verre	600	17681324
100	0 / 100	mbar	0 - 1000	1/2" BSPP(G)	Verre	1000	17681331
100	0 / 160	mbar	0 - 1600	1/2" BSPP(G)	Verre	1600	17681348
100	0 / 250	mbar	0 - 2500	1/2" BSPP(G)	Verre	2500	17681355
100	0 / 400	mbar	0 - 4000	1/2" BSPP(G)	Verre	4000	17681362
160	0 / 10	mbar	0 - 100	1/2" BSPP(G)	Verre	30	17679552
160	0 / 40	mbar	0 - 40	1/2" BSPP(G)	Verre	400	17679521
160	0 / 100	mbar	0 - 1000	1/2" BSPP(G)	Verre	1000	17679545
160	0 / 250	mbar	0 - 2500	1/2" BSPP(G)	Verre	2500	17679538
160	0 / 400	mbar	0 - 4000	1/2" BSPP(G)	Verre	4000	17679514

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.